仕　様　書

仕様書番号：016

部署・部屋名	心臓疾患外科
調達機器名	内視鏡下血管採取術器械ｼｽﾃﾑ
調達数量	１式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　硬性鏡ｽｺｰﾌﾟ　　１本

１－２　血管採取用ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾚﾄﾗｸﾀｰ　　１本

１－３　血管剥離子 ﾃﾞｨｾｸﾀｰ　　１本

１－４　硬性鏡ｽｺｰﾌﾟ用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｺﾝﾃﾅｰ　　１個

１－５　取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　硬性鏡ｽｺｰﾌﾟ

・視野方向：45°

・長さ　　：290㎜程度

・直径　　：5㎜程度

・ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ滅菌ができること

２－２　血管採取用ｵﾌﾟﾃｨｶﾙﾚﾄﾗｸﾀｰ

・ﾃﾞｨｽﾀﾙ幅：25㎜程度

・有効長　：270㎜程度

・大伏在静脈採取用であること

・ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ滅菌ができること

・上記、硬性鏡ｽｺｰﾌﾟと使用できること

２－３　血管剥離子 ﾃﾞｨｾｸﾀｰ

・ｻｲｽﾞ　　：3㎜程度

・有効長　：410㎜程度

・先端　　：右ｱﾝｸﾞﾙ

２－４　硬性鏡ｽｺｰﾌﾟ用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｺﾝﾃﾅｰ

・外形寸法：W450×D90×H45㎜以下

・2つまでの硬性鏡ｽｺｰﾌﾟを格納できること

・蓋付きであること

・蒸気、ｶﾞｽ、過酸化水素滅菌に適用できること